

رصد 2 : Laboratory Name

WBC -  $\mu\text{l}/10^3$

RHem-14 - Hematology - WBC

Save

مهسا بانایی


آزمایشگاه رصد 2

صحه گذاری.روش

صحه گذاری.روش

پانل آزمایشگاه

خروج



حداقل تعداد همگروه

حداقل میزان CV

محاسبه تورش

- Included Runs: 17
- Total Bias% : 3.21

ردیف	تاریخ	نتیجه آزمایشگاه	نتیجه همگروه	تعداد همگروه	CV%	DI	TAE%
1	1403/2/12	عدم حضور در دوره	6.68	3	Out of Range		
2	1403/2/19	8.01	7.36	20	9.83	0.89	8.77
3	1403/2/26	7.57	7.46	25	4.17	0.37	1.53
4	1403/3/2	عدم حضور در دوره	7.84	21	Out of Range		
5	1403/3/9	4.69	4.45	30	5.59	0.95	5.33
6	1403/3/16	عدم حضور در دوره	6.62	23	Out of Range		
7	1403/3/23	9.73	9.02	24	4.90	1.62	7.93
8	1403/3/30	5.34	5.12	34	4.40	0.96	4.23
9	1403/4/6	4.47	4.53	27	6.30	0.21	1.35-
10	1403/4/13	5.61	5.38	27	4.71	0.92	4.35
11	1403/4/20	4.39	4.54	28	3.18	1.02	3.23-
12	1403/4/27	عدم برگزاری دوره					
13	1403/5/3	8.33	8.24	27	3.88	0.29	1.14
14	1403/5/10	5.40	5.23	29	4.75	0.68	3.24
15	1403/5/17	7.83	7.08	37	6.58	1.60	10.54
16	1403/5/24	7.16	6.40	31	7.81	1.52	11.83
17	1403/5/31	5.62	5.19	25	4.67	1.79	8.38
18	1403/6/7	عدم حضور در دوره	7.22	29	Out of Range		
19	1403/6/14	عدم برگزاری دوره					
20	1403/6/21	5.58	5.56	27	7.91	0.05	0.37
21	1403/6/28	5.85	5.66	31	5.14	0.64	3.29

رصد 2: Laboratory Name

RBC - 6\*10<sup>9</sup>/ul

RHem-14 - Hematology - RBC

Save

مهسا بابایی


آزمایشگاه رصد 2

صحه گذاری.روش

صحه گذاری.روش

پانل.آزمایشگاه

خروج



حداقل تعداد همگروه

حداقل میزان CV

محاسبه تورش

- Included Runs: 17
- Total Bias% : 1.73

ردیف	تاریخ	نتیجه آزمایشگاه	نتیجه همگروه	تعداد همگروه	CV%	DI	TAE%	
1	1403/2/12	عدم حضور در دوره	5.15	3	Out of Range			
2	1403/2/19	5.51	5.30	20	2.35	1.72	4.03	
3	1403/2/26	5.37	5.25	24	1.86	1.21	2.24	
4	1403/3/2	عدم حضور در دوره	5.34	21	Out of Range			
5	1403/3/9	5.73	5.60	31	2.49	0.91	2.25	
6	1403/3/16	عدم حضور در دوره	5.18	23	Out of Range			
7	1403/3/23	5.49	5.36	26	2.04	1.23	2.50	
8	1403/3/30	5.37	5.28	34	2.12	0.82	1.73	
9	1403/4/6	5.94	5.64	27	3.19	1.66	5.28	
10	1403/4/13	5.63	5.60	27	1.90	0.27	0.51	
11	1403/4/20	5.96	5.74	32	1.98	1.95	3.87	
12	1403/4/27	عدم برگزاری دوره						
13	1403/5/3	3.17	3.21	27	2.06	0.60	1.23-	
14	1403/5/10	5.63	5.62	30	2.05	0.06	0.13	
15	1403/5/17	5.46	5.32	36	2.38	1.14	2.70	
16	1403/5/24	5.39	5.29	32	1.97	1.01	1.99	
17	1403/5/31	5.54	5.40	26	2.10	1.20	2.52	
18	1403/6/7	عدم حضور در دوره	5.33	29	Out of Range			
19	1403/6/14	عدم برگزاری دوره						
20	1403/6/21	5.28	5.23	24	1.43	0.61	0.88	
21	1403/6/28	5.56	5.36	30	2.07	1.82	3.76	

رصد 2: Laboratory Name

PLT -  $\mu\text{l}/10^3$

RHem-14 - Hematology - PLT

Save

مهسا بابایی


آزمایشگاه رصد 2

صحه گذاری.روش

صحه گذاری.روش

پانل.آزمایشگاه

خروج



حداقل تعداد همگروه

حداقل میزان CV

محاسبه تورش

- Included Runs: 17
- Total Bias% : -0.97

ردیف	تاریخ	نتیجه آزمایشگاه	نتیجه همگروه	تعداد همگروه	CV%	DI	TAE%
1	1403/2/12	عدم حضور در دوره	274.00	3	Out of Range		
2	1403/2/19	265.00	261.00	20	8.19	0.19	1.53
3	1403/2/26	265.00	261.69	26	6.45	0.20	1.26
4	1403/3/2	عدم حضور در دوره	253.21	21	Out of Range		
5	1403/3/9	194.00	215.10	29	8.66	1.13	9.81-
6	1403/3/16	عدم حضور در دوره	230.29	23	Out of Range		
7	1403/3/23	244.00	267.00	26	6.42	1.34	8.61-
8	1403/3/30	229.00	244.91	37	9.40	0.69	6.50-
9	1403/4/6	205.00	212.35	27	5.53	0.63	3.46-
10	1403/4/13	170.00	196.28	25	7.44	1.80	13.39-
11	1403/4/20	224.00	234.56	32	4.94	0.91	4.50-
12	1403/4/27	عدم برگزاری دوره					
13	1403/5/3	330.00	339.55	26	5.23	0.54	2.81-
14	1403/5/10	229.00	228.32	27	6.39	0.05	0.30
15	1403/5/17	258.00	252.05	34	5.66	0.42	2.36
16	1403/5/24	253.00	245.93	30	6.16	0.47	2.88
17	1403/5/31	226.00	220.87	26	6.52	0.36	2.32
18	1403/6/7	عدم حضور در دوره	251.94	30	Out of Range		
19	1403/6/14	عدم برگزاری دوره					
20	1403/6/21	228.00	236.96	26	6.86	0.55	3.78-
21	1403/6/28	233.00	233.99	31	8.33	0.05	0.42-

رصد 2: Laboratory Name

MCV - FL

RHem-14 - Hematology - MCV

Save

مهسا بابایی


آزمایشگاه رصد 2

صفحه گذاری.روش

صفحه گذاری.روش

پانل.آزمایشگاه

خروج



حداقل تعداد همگروه

حداقل میزان CV

محاسبه تورش

- Included Runs: 17
- Total Bias% : -0.38


ردیف	تاریخ	نتیجه آزمایشگاه	نتیجه همگروه	تعداد همگروه	CV%	DI	TAE%
1	1403/2/12	عدم حضور در دوره	87.10	3	Out of Range		
2	1403/2/19	86.60	86.74	19	2.55	0.06	0.16-
3	1403/2/26	86.80	86.09	22	1.80	0.46	0.83
4	1403/3/2	عدم حضور در دوره	86.41	18	Out of Range		
5	1403/3/9	82.10	81.57	27	2.21	0.29	0.65
6	1403/3/16	عدم حضور در دوره	87.39	19	Out of Range		
7	1403/3/23	86.70	87.55	21	3.07	0.31	0.97-
8	1403/3/30	87.10	87.76	29	1.82	0.41	0.75-
9	1403/4/6	82.40	82.75	21	2.28	0.19	0.43-
10	1403/4/13	82.70	82.67	24	1.62	0.02	0.04
11	1403/4/20	82.00	82.66	28	1.95	0.41	0.79-
12	1403/4/27	عدم برگزاری دوره					
13	1403/5/3	84.60	86.04	24	2.36	0.71	1.67-
14	1403/5/10	83.80	83.45	25	2.34	0.18	0.42
15	1403/5/17	87.10	87.22	31	1.75	0.08	0.14-
16	1403/5/24	86.00	87.37	30	2.84	0.55	1.57-
17	1403/5/31	83.50	84.30	23	2.12	0.45	0.95-
18	1403/6/7	عدم حضور در دوره	87.77	24	Out of Range		
19	1403/6/14	عدم برگزاری دوره					
20	1403/6/21	84.60	85.67	23	2.26	0.55	1.25-
21	1403/6/28	84.40	84.79	27	1.64	0.28	0.46-

2 رصد :Laboratory Name

HCT - %

RHem-14 - Hematology - HCT

Save



مهسا بابایی

آزمایشگاه رصد 2

صحه گذاری.روش

صحه گذاری.روش

پانل.آزمایشگاه

خروج

حداقل تعداد همگروه

حداقل میزان CV

محاسبه تورش

- Included Runs: 17
- Total Bias% : 1.18

ردیف	تاریخ	نتیجه آزمایشگاه	نتیجه همگروه	تعداد همگروه	CV%	DI	TAE%
1	1403/2/12	عدم حضور در دوره	44.93	3	Out of Range		
2	1403/2/19	47.70	46.17	19	2.21	1.50	3.32
3	1403/2/26	46.60	45.20	23	2.02	1.54	3.11
4	1403/3/2	عدم حضور در دوره	46.01	18	Out of Range		
5	1403/3/9	47.00	45.96	31	2.11	1.07	2.26
6	1403/3/16	عدم حضور در دوره	45.31	23	Out of Range		
7	1403/3/23	47.60	46.84	27	2.86	0.57	1.62
8	1403/3/30	46.80	46.14	37	3.42	0.42	1.43
9	1403/4/6	48.90	46.96	24	3.46	1.20	4.14
10	1403/4/13	46.60	46.27	26	2.07	0.35	0.72
11	1403/4/20	48.90	47.41	33	2.84	1.11	3.14
12	1403/4/27	عدم برگزاری دوره					
13	1403/5/3	26.80	27.74	26	2.68	1.26	3.38-
14	1403/5/10	45.70	46.77	30	2.68	0.85	2.29-
15	1403/5/17	47.60	46.41	34	2.11	1.21	2.55
16	1403/5/24	46.40	46.13	32	3.09	0.19	0.58
17	1403/5/31	46.30	45.41	25	2.10	0.93	1.96
18	1403/6/7	عدم حضور در دوره	47.12	28	Out of Range		
19	1403/6/14	عدم برگزاری دوره					
20	1403/6/21	44.60	44.83	26	2.40	0.21	0.51-
21	1403/6/28	46.90	45.62	32	2.29	1.23	2.82


Laboratory Name : رصد 2

Hb - g/dL

RHem-14 - Hematology - Hb



Save



حداقل تعداد همگروه

حداقل میزان CV

محاسبه تورش

- Included Runs: 16
- Total Bias% : -0.13

ردیف	تاریخ	نتیجه آزمایشگاه	نتیجه همگروه	تعداد همگروه	CV%	DI	TAE%
1	1403/2/12	عدم حضور در دوره	15.20	3	Out of Range		
2	1403/2/19	15.60	15.52	20	1.72	0.30	0.52
3	1403/2/26	15.30	15.30	26	Out of Range	0.00	0.00
4	1403/3/2	عدم حضور در دوره	15.79	21	Out of Range		
5	1403/3/9	15.30	15.27	32	1.74	0.11	0.19
6	1403/3/16	عدم حضور در دوره	15.59	24	Out of Range		
7	1403/3/23	15.60	15.73	27	2.25	0.37	0.82-
8	1403/3/30	15.60	15.90	36	2.65	0.71	1.87-
9	1403/4/6	15.90	15.65	25	2.16	0.74	1.60
10	1403/4/13	15.20	15.52	27	2.57	0.81	2.08-
11	1403/4/20	15.80	16.04	31	1.79	0.85	1.52-
12	1403/4/27	عدم برگزاری دوره					
13	1403/5/3	9.10	9.20	25	2.20	0.50	1.09-
14	1403/5/10	16.00	16.00	28	1.97	0.02	0.03
15	1403/5/17	16.00	16.07	35	3.16	0.14	0.44-
16	1403/5/24	15.40	15.50	34	2.93	0.22	0.64-
17	1403/5/31	15.30	15.31	26	2.53	0.03	0.08-
18	1403/6/7	عدم حضور در دوره	15.74	30	Out of Range		
19	1403/6/14	عدم برگزاری دوره					
20	1403/6/21	14.60	14.95	26	1.96	1.20	2.36-
21	1403/6/28	15.40	15.26	31	1.93	0.48	0.92