


رصد : Laboratory Name

WBC - $\mu\text{l}/10^3$

RHem-14 - Hematology - WBC

Save



حکیمه بابایی

آزمایشگاه رصد

صحه گذاری روش

صحه گذاری روش

پانل آزمایشگاه

خروج

حداقل تعداد همگروه

حداقل میزان CV

محاسبه تورش

- Included Runs: 18
- Total Bias% : 2.10

ردیف	تاریخ	نتیجه آزمایشگاه	نتیجه همگروه	تعداد همگروه	CV%	DI	TAE%
1	1403/2/12	عدم حضور در دوره	6.68	3	Out of Range		
2	1403/2/19	7.72	7.36	20	9.83	0.49	4.83
3	1403/2/26	7.57	7.46	25	4.17	0.37	1.53
4	1403/3/2	عدم حضور در دوره	7.84	21	Out of Range		
5	1403/3/9	4.71	4.45	30	5.59	1.03	5.78
6	1403/3/16	عدم حضور در دوره	6.62	23	Out of Range		
7	1403/3/23	9.32	9.02	24	4.90	0.69	3.38
8	1403/3/30	5.44	5.12	34	4.40	1.40	6.18
9	1403/4/6	4.70	4.53	27	6.30	0.59	3.73
10	1403/4/13	5.41	5.38	27	4.71	0.13	0.63
11	1403/4/20	4.45	4.54	28	3.18	0.60	1.90-
12	1403/4/27	عدم برگزاری دوره					
13	1403/5/3	8.59	8.24	27	3.88	1.11	4.30
14	1403/5/10	5.40	5.23	29	4.75	0.68	3.24
15	1403/5/17	7.36	7.08	37	6.58	0.59	3.91
16	1403/5/24	6.87	6.40	31	7.81	0.94	7.31
17	1403/5/31	5.30	5.19	25	4.67	0.47	2.21
18	1403/6/7	7.30	7.22	29	6.01	0.18	1.07
19	1403/6/14	عدم برگزاری دوره					
20	1403/6/21	5.30	5.56	27	7.91	0.59	4.66-
21	1403/6/28	5.73	5.66	31	5.14	0.23	1.17

رصد :Laboratory Name

RBC - 6*10⁹/ul

RHem-14 - Hematology - RBC

Save

حکیمه بابایی


آزمایشگاه رصد

صفحه گذاری روش

صفحه گذاری روش

پانل آزمایشگاه

خروج



حداقل تعداد همگروه

حداقل میزان CV

محاسبه تورش

- Included Runs: 18
- Total Bias% : 1.04

ردیف	تاریخ	نتیجه آزمایشگاه	نتیجه همگروه	تعداد همگروه	CV%	DI	TAE%
1	1403/2/12	عدم حضور در دوره	5.15	3	Out of Range		
2	1403/2/19	5.40	5.30	20	2.35	0.83	1.95
3	1403/2/26	5.29	5.25	24	1.86	0.39	0.72
4	1403/3/2	عدم حضور در دوره	5.34	21	Out of Range		
5	1403/3/9	5.69	5.60	31	2.49	0.62	1.54
6	1403/3/16	عدم حضور در دوره	5.18	23	Out of Range		
7	1403/3/23	5.39	5.36	26	2.04	0.31	0.63
8	1403/3/30	5.45	5.28	34	2.12	1.53	3.25
9	1403/4/6	5.79	5.64	27	3.19	0.82	2.62
10	1403/4/13	5.60	5.60	27	1.90	0.01	0.03-
11	1403/4/20	5.80	5.74	32	1.98	0.55	1.08
12	1403/4/27	عدم برگزاری دوره					
13	1403/5/3	3.22	3.21	27	2.06	0.16	0.33
14	1403/5/10	5.63	5.62	30	2.05	0.06	0.13
15	1403/5/17	5.36	5.32	36	2.38	0.34	0.82
16	1403/5/24	5.43	5.29	32	1.97	1.40	2.74
17	1403/5/31	5.45	5.40	26	2.10	0.41	0.85
18	1403/6/7	5.43	5.33	29	2.04	0.95	1.94
19	1403/6/14	عدم برگزاری دوره					
20	1403/6/21	5.30	5.23	24	1.43	0.88	1.26
21	1403/6/28	5.49	5.36	30	2.07	1.19	2.46

رصد : Laboratory Name

PLT - $\mu\text{l}/10^3$

RHem-14 - Hematology - PLT

Save

حکیمه بابایی


آزمایشگاه رصد

صفحه گذاری روش

صفحه گذاری روش

پانل آزمایشگاه

خروج



حداقل تعداد همگروه

حداقل میزان CV

محاسبه تورش

- Included Runs: 18
- Total Bias% : 0.77

ردیف	تاریخ	نتیجه آزمایشگاه	نتیجه همگروه	تعداد همگروه	CV%	DI	TAE%
1	1403/2/12	عدم حضور در دوره	274.00	3	Out of Range		
2	1403/2/19	251.00	261.00	20	8.19	0.47	3.83-
3	1403/2/26	253.00	261.69	26	6.45	0.51	3.32-
4	1403/3/2	عدم حضور در دوره	253.21	21	Out of Range		
5	1403/3/9	212.00	215.10	29	8.66	0.17	1.44-
6	1403/3/16	عدم حضور در دوره	230.29	23	Out of Range		
7	1403/3/23	260.00	267.00	26	6.42	0.41	2.62-
8	1403/3/30	238.00	244.91	37	9.40	0.30	2.82-
9	1403/4/6	198.00	212.35	27	5.53	1.22	6.76-
10	1403/4/13	190.00	196.28	25	7.44	0.43	3.20-
11	1403/4/20	239.00	234.56	32	4.94	0.38	1.89
12	1403/4/27	عدم برگزاری دوره					
13	1403/5/3	348.00	339.55	26	5.23	0.48	2.49
14	1403/5/10	236.00	228.32	27	6.39	0.53	3.36
15	1403/5/17	257.00	252.05	34	5.66	0.35	1.96
16	1403/5/24	258.00	245.93	30	6.16	0.80	4.91
17	1403/5/31	232.00	220.87	26	6.52	0.77	5.04
18	1403/6/7	271.00	251.94	30	8.78	0.86	7.57
19	1403/6/14	عدم برگزاری دوره					
20	1403/6/21	228.00	236.96	26	6.86	0.55	3.78-
21	1403/6/28	239.00	233.99	31	8.33	0.26	2.14

رصد : Laboratory Name

MCV - FL

RHem-14 - Hematology - MCV

Save

حکیمه بابایی


آزمایشگاه رصد

صحه گذاری.روش

صحه گذاری.روش

پانل.آزمایشگاه

خروج



حداقل تعداد همگروه

حداقل میزان CV

محاسبه تورش

- Included Runs: 18
- Total Bias% : -1.67


ردیف	تاریخ	نتیجه آزمایشگاه	نتیجه همگروه	تعداد همگروه	CV%	DI	TAE%
1	1403/2/12	عدم حضور در دوره	87.10	3	Out of Range		
2	1403/2/19	84.30	86.74	19	2.55	1.10	2.81-
3	1403/2/26	84.90	86.09	22	1.80	0.77	1.38-
4	1403/3/2	عدم حضور در دوره	86.41	18	Out of Range		
5	1403/3/9	79.80	81.57	27	2.21	0.98	2.17-
6	1403/3/16	عدم حضور در دوره	87.39	19	Out of Range		
7	1403/3/23	85.00	87.55	21	3.07	0.95	2.91-
8	1403/3/30	86.20	87.76	29	1.82	0.97	1.77-
9	1403/4/6	80.20	82.75	21	2.28	1.35	3.08-
10	1403/4/13	82.10	82.67	24	1.62	0.43	0.69-
11	1403/4/20	80.00	82.66	28	1.95	1.65	3.21-
12	1403/4/27	عدم برگزاری دوره					
13	1403/5/3	84.20	86.04	24	2.36	0.91	2.13-
14	1403/5/10	81.10	83.45	25	2.34	1.20	2.81-
15	1403/5/17	85.60	87.22	31	1.75	1.06	1.86-
16	1403/5/24	84.40	87.37	30	2.84	1.20	3.40-
17	1403/5/31	81.80	84.30	23	2.12	1.40	2.97-
18	1403/6/7	85.00	87.77	24	2.32	1.36	3.15-
19	1403/6/14	عدم برگزاری دوره					
20	1403/6/21	83.30	85.67	23	2.26	1.23	2.77-
21	1403/6/28	83.00	84.79	27	1.64	1.29	2.11-

رصد : Laboratory Name:

HCT - %

RHem-14 - Hematology - HCT

Save



حکیمه بابایی

آزمایشگاه رصد

صحه گذاری.روش

صحه گذاری.روش

پانل.آزمایشگاه

خروج

حداقل تعداد همگروه

حداقل میزان CV

محاسبه تورش

- Included Runs: 17
- Total Bias% : -3.26

ردیف	تاریخ	نتیجه آزمایشگاه	نتیجه همگروه	تعداد همگروه	CV%	DI	TAE%
1	1403/2/12	عدم حضور در دوره	44.93	3	Out of Range		
2	1403/2/19	45.50	46.17	19	2.21	0.66	1.45-
3	1403/2/26	44.90	45.20	23	2.02	0.32	0.65-
4	1403/3/2	عدم حضور در دوره	46.01	18	Out of Range		
5	1403/3/9	45.40	45.96	31	2.11	0.58	1.22-
6	1403/3/16	عدم حضور در دوره	45.31	23	Out of Range		
7	1403/3/23	45.80	46.84	27	2.86	0.78	2.22-
8	1403/3/30	47.00	46.14	37	3.42	0.55	1.86
9	1403/4/6	46.40	46.96	24	3.46	0.34	1.18-
10	1403/4/13	46.00	46.27	26	2.07	0.28	0.58-
11	1403/4/20	46.40	47.41	33	2.84	0.75	2.13-
12	1403/4/27	عدم برگزاری دوره					
13	1403/5/3	27.10	27.74	26	2.68	0.85	2.29-
14	1403/5/10	45.70	46.77	30	2.68	0.85	2.29-
15	1403/5/17	45.90	46.41	34	2.11	0.53	1.11-
16	1403/5/24	45.80	46.13	32	3.09	0.23	0.72-
17	1403/5/31	44.60	45.41	25	2.10	0.85	1.79-
18	1403/6/7	16.10	47.12	28	2.10	31.40	65.83-
19	1403/6/14	عدم برگزاری دوره					
20	1403/6/21	44.10	44.83	26	2.40	0.68	1.63-
21	1403/6/28	45.60	45.62	32	2.29	0.01	0.03-

رصد : Laboratory Name

Hb - g/dL

RHem-14 - Hematology - Hb

Save

حکیمه بابایی


آزمایشگاه رصد

صفحه گذاری.روش

صفحه گذاری.روش

پانل.آزمایشگاه

خروج



حداقل تعداد همگروه

حداقل میزان CV

محاسبه تورش

- Included Runs: 18
- Total Bias% : 0.22

ردیف	تاریخ	نتیجه آزمایشگاه	نتیجه همگروه	تعداد همگروه	CV%	DI	TAE%	
1	1403/2/12	عدم حضور در دوره	15.20	3	Out of Range			
2	1403/2/19	15.20	15.52	20	1.72	1.20	2.06-	
3	1403/2/26	14.90	15.30	26	2.01	1.30	2.61-	
4	1403/3/2	عدم حضور در دوره	15.79	21	Out of Range			
5	1403/3/9	14.80	15.27	32	1.74	1.77	3.08-	
6	1403/3/16	عدم حضور در دوره	15.59	24	Out of Range			
7	1403/3/23	15.20	15.73	27	2.25	1.50	3.37-	
8	1403/3/30	15.70	15.90	36	2.65	0.47	1.24-	
9	1403/4/6	15.50	15.65	25	2.16	0.44	0.96-	
10	1403/4/13	14.90	15.52	27	2.57	1.56	4.01-	
11	1403/4/20	15.60	16.04	31	1.79	1.54	2.76-	
12	1403/4/27	عدم برگزاری دوره						
13	1403/5/3	9.40	9.20	25	2.20	0.99	2.17	
14	1403/5/10	16.00	16.00	28	1.97	0.02	0.03	
15	1403/5/17	16.40	16.07	35	3.16	0.65	2.05	
16	1403/5/24	16.20	15.50	34	2.93	1.55	4.53	
17	1403/5/31	15.70	15.31	26	2.53	1.00	2.54	
18	1403/6/7	16.10	15.74	30	2.20	1.03	2.27	
19	1403/6/14	عدم برگزاری دوره						
20	1403/6/21	15.30	14.95	26	1.96	1.18	2.33	
21	1403/6/28	15.60	15.26	31	1.93	1.16	2.23	