

برگشت (/IACLD/Panel/Labs/Answers/32165)

دوره چهل و چهارم زمستان 1401

C1 Results

نمونه مجهول پلاسمای انعقادی

کد نمونه 1306	EQAP-18136	آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک رصد
---------------	------------	-----------------------------------

عملکرد عالی (رنگ آبی)	DI	< 0.5
عملکرد مطلوب (رنگ سبز)	DI	0.5 - 1.0
نتیجه قابل قبول اما در حدود مرز (رنگ زرد)	DI	1.0 - 2.0
نیاز به بررسی روش و کنترل کالیبراسیون (رنگ نارنجی)	DI	2.0 - 3.0
وجودنقص و نیاز به پیگیری فوری (رنگ قرمز)	DI	> 3.0
نتیجه گزارش شده خارج از محدوده است (Out Of Range)	DI	> 10.0

برای مشاهده آنالیز آماری تمامی همگروه ها، در جدول زیر بر روی نام آنالیت مورد نظر کلیک کنید.

Analyte	Unit	Lab Result (S)	PeerGroup Count	PeerGroup Mean	PeerGroup %CV	Lab DI
PT-INR (/IACLD/Panel/Analysis/Report/32165/466/156137)	-	1.20	211	1.22	6.92	0.09
PTT (/IACLD/Panel/Analysis/Report/32165/466/156160)	Sec.	58.00	1204	54.83	12.58	0.39

Copyright © 2023 IACLD. All rights reserved.