

H4 Results

نمونه مجهول خون کنترل

کد نمونه 2272	EQAP-18136	آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک رصد
---------------	------------	-----------------------------------

مشخصات دستگاه سل کانتر		
Mindray	نام	
Mindray. Bc-5800	مدل	
عملکرد عالی (رنگ آبی)	DI	< 0.5
عملکرد مطلوب (رنگ سبز)	DI	0.5 - 1.0
نتیجه قابل قبول اما در حدود مرز (رنگ زرد)	DI	1.0 - 2.0
نیاز به بررسی روش و کنترل کالیبراسیون (رنگ نارنجی)	DI	2.0 - 3.0
وجود نقص و نیاز به پیگیری فوری (رنگ قرمز)	DI	> 3.0
نتیجه گزارش شده خارج از محدوده است (Out Of Range)	DI	> 10.0

برای مشاهده آنالیز آماری تمامی همگروه ها، در جدول زیر بر روی نام آنالیت مورد نظر کلیک کنید.

Analyte	Unit	Lab Result	PeerGroup Count	PeerGroup Mean	PeerGroup %CV	Lab DI
Hb (/IACLD/Panel/Analysis/Report/29630/412/143807)	g/dL	12.40	332	12.14	2.62	0.72
Hct (/IACLD/Panel/Analysis/Report/29630/412/143829)	%	34.40	336	34.86	3.77	0.33
MCH (/IACLD/Panel/Analysis/Report/29630/412/143853)	pg	29.30	344	29.26	3.51	0.04
MCHC (/IACLD/Panel/Analysis/Report/29630/412/143877)	g/dL	36.00	346	34.73	3.37	0.91
MCV (/IACLD/Panel/Analysis/Report/29630/412/143901)	fL	81.40	331	83.74	2.80	0.70
Plt (/IACLD/Panel/Analysis/Report/29630/412/143925)	$\times 10^3 / \mu\text{L}$	133.00	331	143.87	10.61	0.84
RBC (/IACLD/Panel/Analysis/Report/29630/412/143948)	$\times 10^6 / \mu\text{L}$	4.23	340	4.15	2.56	0.67
WBC (/IACLD/Panel/Analysis/Report/29630/412/143971)	$\times 10^3 / \mu\text{L}$	4.68	335	4.49	5.62	0.54

Copyright © 2022 IACLD. All rights reserved.