

## H4 Results

## نمونه مجهول خون کنترل

کد نمونه 1487	EQAP-18136	آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک رصد
---------------	------------	-----------------------------------

مشخصات دستگاه سل کانتر		
Mindray	نام	
Mindray. Bc-5800	مدل	
عملکرد عالی (رنگ آبی)	DI	< 0.5
عملکرد مطلوب (رنگ سبز)	DI	0.5 - 1.0
نتیجه قابل قبول اما در حدود مرز (رنگ زرد)	DI	1.0 - 2.0
نیاز به بررسی روش و کنترل کالیبراسیون (رنگ نارنجی)	DI	2.0 - 3.0
وجود نقص و نیاز به پیگیری فوری (رنگ قرمز)	DI	> 3.0
نتیجه گزارش شده خارج از محدوده است (Out Of Range)	DI	> 10.0

برای مشاهده آنالیز آماری تمامی همگروه ها، در جدول زیر بر روی نام آنالیت مورد نظر کلیک کنید.

Analyte	Unit	Lab Result	PeerGroup Count	PeerGroup Mean	PeerGroup %CV	Lab DI
Hb (/IACLD/Panel/Analysis/Report/31274/442/147646)	g/dL	12.50	343	12.32	2.98	0.49
Hct (/IACLD/Panel/Analysis/Report/31274/442/147668)	%	35.00	346	34.61	3.79	0.28
MCH (/IACLD/Panel/Analysis/Report/31274/442/147690)	pg	29.10	351	29.32	3.74	0.25
MCHC (/IACLD/Panel/Analysis/Report/31274/442/147712)	g/dL	35.70	341	35.57	3.68	0.09
MCV (/IACLD/Panel/Analysis/Report/31274/442/147734)	fL	81.50	350	82.41	3.21	0.28
Plt (/IACLD/Panel/Analysis/Report/31274/442/147756)	$\times 10^3/\mu\text{L}$	265.00	339	259.98	6.42	0.21
RBC (/IACLD/Panel/Analysis/Report/31274/442/147778)	$\times 10^6/\mu\text{L}$	4.30	348	4.19	2.82	0.85
WBC (/IACLD/Panel/Analysis/Report/31274/442/147800)	$\times 10^3/\mu\text{L}$	17.62	326	17.65	4.64	0.02