

H1 Results

شمارش رتیکولوسیت ها

کد نمونه 1460	EQAP-18136	آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک رصد
---------------	------------	-----------------------------------

شرح مختصر بیمار: لام (1)

آقای 46 ساله با ضعف شدید و درجاتی از زردی و تیرگی پوست مراجعه نموده است. بیمار فقط آنمیک و دارای اندکسهای CBC به قرار زیر بود، پزشک در نوبت دوم از ارزیابی بیمار درخواست تست رتیک و RPI نمود که گستره لام مذکور تهیه و در سامانه **سیستم میکروسکوپ مجازی CaseViewerPro** جهت بررسی و گزارش، قابل مشاهده میباشد:

WBC:6800/ul

HB: 7.7g/dl


MCV:103.4fl

MCHC:31.5%


عملکرد عالی (رنگ آبی)	DI	< 0.5
عملکرد مطلوب (رنگ سبز)	DI	0.5 - 1.0
نتیجه قابل قبول اما در حدود مرز (رنگ زرد)	DI	1.0 - 2.0
نیاز به بررسی روش و کنترل کالیبراسیون (رنگ نارنجی)	DI	2.0 - 3.0
وجودنقص و نیاز به پیگیری فوری (رنگ قرمز)	DI	> 3.0
نتیجه گزارش شده خارج از محدوده است (Out Of Range)	DI	> 10.0

برای مشاهده آنالیز آماری تمامی همگروه ها، در جدول زیر بر روی نام آنالیت مورد نظر کلیک کنید.

Parameter	Correct	Lab.Result	DI	Total Labs	No Answers	Init. Count	Init. Mean	Init. SD	Weight. Count	Weight. Mean	Weight. SD	%CV	Seen	Not Seen
HBody	not seen												107	896
HeinzBody	not seen												307	742
Retic	7.3	11.50	3.88	1534	2	1532	8.66	23.97	1394	7.27	1.95	26.87		
RPI	2	3.00	3.33	1534	131	1403	2.97	10.20	1180	2.00	0.54	26.82		



توجه. رنگ گروه شما



Copyright © 2023 IACLD. All rights reserved.