

برگشت (/IACLD/Panel/Labs/Answers/32165)

دوره چهل و چهارم زمستان 1401

FS Results

نمونه سرم مجهول غربالگری جنین

کد نمونه 1086	EQAP-18136	آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک رصد
---------------	------------	-----------------------------------

عملکرد عالی (رنگ آبی)	DI	< 0.5
عملکرد مطلوب (رنگ سبز)	DI	0.5 - 1.0
نتیجه قابل قبول اما در حدود مرز (رنگ زرد)	DI	1.0 - 2.0
نیاز به بررسی روش و کنترل کالیبراسیون (رنگ نارنجی)	DI	2.0 - 3.0
وجودنقص و نیاز به پیگیری فوری (رنگ قرمز)	DI	> 3.0
نتیجه گزارش شده خارج از محدوده است (Out Of Range)	DI	> 10.0

برای مشاهده آنالیز آماری تمامی همگروه ها، در جدول زیر بر روی نام آنالیت مورد نظر کلیک کنید.

Analyte	Unit	Lab Result	PeerGroup Count	PeerGroup Mean	PeerGroup %CV	Lab DI
AFP (/IACLD/Panel/Analysis/Report/32165/461/155690)	ng/mL	32.43	56	25.04	10.56	2.46
Free βhCG (/IACLD/Panel/Analysis/Report/32165/461/155717)	ng/mL	26.00	100	21.42	9.16	1.42
hCG (/IACLD/Panel/Analysis/Report/32165/461/155730)	IU/L	40877.00	61	39816.76	22.88	0.18
Inhibin A (/IACLD/Panel/Analysis/Report/32165/461/155748)	pg/mL	252.40	182	254.49	13.87	0.05
PAPP-A (/IACLD/Panel/Analysis/Report/32165/461/155761)	mIU/mL	6.05	87	5.71	12.83	0.40
Unconjugated E3 (/IACLD/Panel/Analysis/Report/32165/461/155771)	ng/mL	0.25	90	0.25	26.75	0.03

Copyright © 2023 IACLD. All rights reserved.