

برگشت (/IACLD/Panel/Labs/Answers/32165)

دوره چهل و چهارم زمستان 1401

## B3 Results

## نمونه مجهول میکروآلبومین UMA

کد نمونه 1082	EQAP-18136	آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک رصد
---------------	------------	-----------------------------------

عملکرد عالی (رنگ آبی)	DI	< 0.5
عملکرد مطلوب (رنگ سبز)	DI	0.5 - 1.0
نتیجه قابل قبول اما در حدود مرز (رنگ زرد)	DI	1.0 - 2.0
نیاز به بررسی روش و کنترل کالیبراسیون (رنگ نارنجی)	DI	2.0 - 3.0
وجودنقص و نیاز به پیگیری فوری (رنگ قرمز)	DI	> 3.0
نتیجه گزارش شده خارج از محدوده است (Out Of Range)	DI	> 10.0

برای مشاهده آنالیز آماری تمامی همگروه ها، در جدول زیر بر روی نام آنالیت مورد نظر کلیک کنید.

Analyte	Unit	Lab Result	PeerGroup Count	PeerGroup Mean	PeerGroup %CV	Lab DI
<b>Urine Micoalbumin</b> (/IACLD/Panel/Analysis/Report/32165/531/156162)	mg/L	55.40	27	53.61	16.36	<b>0.33</b>
<b>Microalbumin/Cr Ratio</b> (/IACLD/Panel/Analysis/Report/32165/531/156179)	mg/g Creatinine	69.20	17	67.92	31.04	<b>0.14</b>
<b>Microalbumin (24h)</b> (/IACLD/Panel/Analysis/Report/32165/531/156193)	mg/24h	77.60	23	74.73	18.20	<b>0.38</b>

Copyright © 2023 IACLD. All rights reserved.