

## B3 Results

## نمونه مجهول میکروآلبومین UMA

کد نمونه 1123	EQAP-18136	آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک رصد
---------------	------------	-----------------------------------

عملکرد عالی (رنگ آبی)	DI	< 0.5
عملکرد مطلوب (رنگ سبز)	DI	0.5 - 1.0
نتیجه قابل قبول اما در حدود مرز (رنگ زرد)	DI	1.0 - 2.0
نیاز به بررسی روش و کنترل کالیبراسیون (رنگ نارنجی)	DI	2.0 - 3.0
وجود نقص و نیاز به پیگیری فوری (رنگ قرمز)	DI	> 3.0
نتیجه گزارش شده خارج از محدوده است (Out Of Range)	DI	> 10.0

برای مشاهده آنالیز آماری تمامی همگروه ها، در جدول زیر بر روی نام آنالیت مورد نظر کلیک کنید.

Analyte	Unit	Lab Result	PeerGroup Count	PeerGroup Mean	PeerGroup %CV	Lab DI
<b>Urine Micoalbumin</b> (/IACLD/Panel/Analysis/Report/29630/528/144206)	mg/L	54.00	25	51.91	16.60	<b>0.40</b>
<b>Microalbumin/Cr Ratio</b> (/IACLD/Panel/Analysis/Report/29630/528/144223)	mg/g Creatinine	108.00	16	79.34	58.61	<b>3.61</b>
<b>Microalbumin (24h)</b> (/IACLD/Panel/Analysis/Report/29630/528/144239)	mg/24h	108.00	23	99.94	20.14	<b>0.81</b>