

B3 Results

نمونه مجهول میکروآلبومین UMA

کد نمونه 1297	EQAP-18136	آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک رصد
---------------	------------	-----------------------------------

عملکرد عالی (رنگ آبی)	DI	< 0.5
عملکرد مطلوب (رنگ سبز)	DI	0.5 - 1.0
نتیجه قابل قبول اما در حدود مرز (رنگ زرد)	DI	1.0 - 2.0
نیاز به بررسی روش و کنترل کالیبراسیون (رنگ نارنجی)	DI	2.0 - 3.0
وجود نقص و نیاز به پیگیری فوری (رنگ قرمز)	DI	> 3.0
نتیجه گزارش شده خارج از محدوده است (Out Of Range)	DI	> 10.0

برای مشاهده آنالیز آماری تمامی همگروه ها، در جدول زیر بر روی نام آنالیت مورد نظر کلیک کنید.

Analyte	Unit	Lab Result	PeerGroup Count	PeerGroup Mean	PeerGroup %CV	Lab DI
Urine Micoalbumin (/IACLD/Panel/Analysis/Report/31274/530/147880)	mg/L	47.00	30	49.50	16.18	0.51
Microalbumin/Cr Ratio (/IACLD/Panel/Analysis/Report/31274/530/147896)	mg/g Creatinine	58.75	18	68.85	20.69	1.05
Microalbumin (24h) (/IACLD/Panel/Analysis/Report/31274/530/147912)	mg/24h	65.80	24	69.66	18.94	0.55