

Laboratory Name : رصد

حکیمه بابایی

آزمایشگاه رصد

Save

RBio10 - Biochemistry-General - ALP - U/L


صحة گذاری.روش

صحة گذاری.روش

پانل آزمایشگاه

خروج

Peer Group Results



- Included Runs: 15
- Total Bias% : -3.79

حداقل میزان CV

حداقل تعداد همگروه

محاسبه تورش

ردیف	تاریخ	نتیجه آزمایشگاه	نتیجه همگروه	تعداد همگروه	CV%	DI	TAE%	وضعیت
1	1401/2/21	112.00	119.70	21	8.59	0.75	6.43-	✓
2	1401/2/28	210.00	247.09	24	10.89	1.38	15.01-	✓
3	1401/3/4	189.00	241.95	21	9.94	2.20	21.89-	✓
4	1401/3/11	150.00	151.73	26	9.23	0.12	1.14-	✓
5	1401/3/18	153.00	155.72	23	8.51	0.21	1.75-	✓
6	1401/3/25	112.00	121.78	21	6.54	1.23	8.03-	✓
7	1401/4/1		211.18	28				✗
8	1401/4/8	135.00	150.47	26	8.95	1.15	10.28-	✓
9	1401/4/15	162.00	163.15	24	6.76	0.10	0.70-	✓
10	1401/4/22	140.00	154.20	29	7.28	1.26	9.21-	✓
11	1401/4/29	140.00	147.11	24	6.70	0.72	4.83-	✓
12	1401/5/5	203.00	204.95	26	8.25	0.12	0.95-	✓
13	1401/5/12	135.00	140.92	25	7.62	0.55	4.20-	✓
14	1401/5/19	137.00	135.42	15	10.66	0.11	1.17	✓
15	1401/5/26	137.00	139.71	25	9.32	0.21	1.94-	✓
16	1401/6/2	175.00	176.65	23	5.06	0.18	0.93-	✓

عدم شرکت در دوره