

Laboratory Name : رصد

حکیمه بابایی

آزمایشگاه رصد

Save

RBio10 - Biochemistry-General - ALT - U/L

صحه گذاری.روش

صحه گذاری.روش

پانل آزمایشگاه

خروج

Peer Group Results



- Included Runs: 12
- Total Bias% : 8.49

حداقل میزان CV

حداقل تعداد همگروه

محاسبه تورش

ردیف	نتیجه آزمایشگاه	نتیجه همگروه	تعداد همگروه	CV%	DI	TAE%
1	61.50	42.41	19	6.23	7.22	45.01
2	40.00	32.86	25	7.33	2.96	21.72
3	36.00	30.26	22	8.43	2.25	18.95
4	31.00	20.99	24	6.91	6.91	47.71
5	26.00	23.67	21	8.06	1.22	9.84
6	25.00	17.32	23	Out of Range		
7		20.72	26			
8	29.00	22.47	22	Out of Range		
9	23.00	16.44	23	Out of Range		
10	22.00	19.48	28	13.97	0.93	12.94
11	20.00	18.54	24	8.45	0.93	7.89
12	21.00	20.91	27	9.34	0.05	0.43
13	20.00	21.06	21	4.69	1.08	5.04
14	20.00	19.53	13	11.08	0.21	2.38
15	19.00	18.83	24	12.90	0.07	0.89
16	21.00	21.43	23	9.45	0.21	2.03

اقدام اصلاحی: بررسی اتوانلیزور

عدم شرکت در دوره

اقدام اصلاحی: بررسی اتوانلیزور

اقدام اصلاحی: کالیبراسیون آزمایش