

## H4 Results

## نمونه مجهول خون کنترل

کد نمونه 1396	EQAP-18136	آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک رصد
---------------	------------	-----------------------------------

مشخصات دستگاه سل کانتر		
Mindray	نام	
Mindray. Bc-5800	مدل	
عملکرد عالی (رنگ آبی)	DI	< 0.5
عملکرد مطلوب (رنگ سبز)	DI	0.5 - 1.0
نتیجه قابل قبول اما در حدود مرز (رنگ زرد)	DI	1.0 - 2.0
نیاز به بررسی روش و کنترل کالیبراسیون (رنگ نارنجی)	DI	2.0 - 3.0
وجودنقص و نیاز به پیگیری فوری (رنگ قرمز)	DI	> 3.0
نتیجه گزارش شده خارج از محدوده است (Out Of Range)	DI	> 10.0

برای مشاهده آنالیز آماری تمامی همگروه ها، در جدول زیر بر روی نام آنالیت مورد نظر کلیک کنید.

Analyte	Unit	Lab Result	PeerGroup Count	PeerGroup Mean	PeerGroup %CV	Lab DI
<b>Hb</b> (/IACLD/Panel/Analysis/Report/32165/465/155973)	g/dL	10.60	355	10.39	3.53	<b>0.66</b>
<b>Hct</b> (/IACLD/Panel/Analysis/Report/32165/465/155995)	%	30.90	349	29.84	3.58	<b>0.89</b>
<b>MCH</b> (/IACLD/Panel/Analysis/Report/32165/465/156017)	pg	28.30	362	28.92	4.05	<b>0.72</b>
<b>MCHC</b> (/IACLD/Panel/Analysis/Report/32165/465/156039)	g/dL	34.30	356	34.87	3.77	<b>0.41</b>
<b>MCV</b> (/IACLD/Panel/Analysis/Report/32165/465/156061)	fL	82.50	358	82.78	3.16	<b>0.09</b>
<b>Plt</b> (/IACLD/Panel/Analysis/Report/32165/465/156083)	$\times 10^3 / \mu\text{L}$	103.00	355	109.88	12.18	<b>0.70</b>
<b>RBC</b> (/IACLD/Panel/Analysis/Report/32165/465/156105)	$\times 10^6 / \mu\text{L}$	3.74	350	3.60	2.80	<b>1.26</b>
<b>WBC</b> (/IACLD/Panel/Analysis/Report/32165/465/156127)	$\times 10^3 / \mu\text{L}$	4.20	341	3.90	5.28	<b>0.97</b>

**Copyright © 2023** IACLD. All rights reserved.