

Laboratory Name : رصد

حکیمه بابایی

آزمایشگاه رصد

Save

RBio10 - Biochemistry-General -  $\bar{C}_a$  - mg/dL

صحه گذاری.روش

صحه گذاری.روش

پانل آزمایشگاه

خروج



- Included Runs: 14
- Total Bias% : 0.32

حداقل میزان CV

حداقل تعداد همگروه

محاسبه تورش

ردیف	تاریخ	نتیجه آزمایشگاه	نتیجه همگروه	تعداد همگروه	CV%	DI	TAE%	وضعیت
1	1401/2/21	9.90	9.90	21	4.46	0.00	0.01	✓
2	1401/2/28	9.60	9.58	26	4.92	0.05	0.23	✓
3	1401/3/4	9.50	9.47	23	3.85	0.07	0.28	✓
4	1401/3/11		9.58	25				✗
5	1401/3/18	9.20	9.48	23	4.78	0.61	2.94-	✓
6	1401/3/25	9.40	9.62	24	3.95	0.58	2.31-	✓
7	1401/4/1		9.26	26				✗
8	1401/4/8	9.60	9.33	26	3.17	0.93	2.95	✓
9	1401/4/15	9.50	9.16	26	4.17	0.88	3.68	✓
10	1401/4/22	9.40	9.18	28	4.73	0.50	2.35	✓
11	1401/4/29	9.20	9.42	25	3.81	0.60	2.29-	✓
12	1401/5/5	9.30	9.26	25	2.91	0.15	0.44	✓
13	1401/5/12	9.50	9.40	24	3.80	0.28	1.07	✓
14	1401/5/19	9.20	9.19	15	2.66	0.06	0.16	✓
15	1401/5/26	9.40	9.20	24	2.76	0.79	2.19	✓
16	1401/6/2	9.30	9.20	23	4.59	0.24	1.10	✓

عدم شرکت در دوره

عدم شرکت در دوره