

Laboratory Name : رصد

حکیمه بابایی

آزمایشگاه رصد

Save

RBio9 - Biochemistry-General - CRP - mg/dL


صحة گذاری.روش

صحة گذاری.روش

پانل آزمایشگاه

خروج

Peer Group Results



- Included Runs: 7
- Total Bias% : 1.13

محاسبه تورش

حداقل میزان CV

حداقل تعداد همگروه

ردیف	تاریخ	نتیجه آزمایشگاه	نتیجه همگروه	تعداد همگروه	CV%	DI	TAE%
1	1400/11/6	192.00	194.65	13	5.02	0.27	1.36-
2	1400/11/13	185.00	181.54	21	5.59	0.34	1.91
3	1400/11/20		179.05	19			
4	1400/11/27	175.00	168.60	22	4.06	0.93	3.79
5	1400/12/4	160.00	155.69	18	3.99	0.69	2.77
6	1400/12/11	165.00	162.98	21	4.69	0.27	1.24
7	1400/12/18	185.00	178.71	19	3.63	0.97	3.52
8	1400/12/25	179.00	175.36	16	4.86	0.43	2.08

عدم شرکت در دوره