

Laboratory Name : رصد

حکیمه بابایی

آزمایشگاه رصد

Save


RBio10 - Biochemistry-General - $\text{Cr}(\text{II})$ - mg/dL

صحه گذاری.روش

صحه گذاری.روش

پانل آزمایشگاه

خروج



- Included Runs: 15
- Total Bias% : 1.01

محاسبه تورش

حداقل میزان CV

حداقل تعداد همگروه

| ردیف | تاریخ | نتیجه آزمایشگاه | نتیجه همگروه | تعداد همگروه | CV% | DI | TAE% |
|------|-----------|-----------------|--------------|--------------|------|------|-------|
| 1 | 1401/2/21 | 169.00 | 171.47 | 22 | 3.79 | 0.38 | 1.44- |
| 2 | 1401/2/28 | 230.00 | 224.13 | 23 | 4.15 | 0.63 | 2.62 |
| 3 | 1401/3/4 | 215.00 | 219.05 | 23 | 4.70 | 0.39 | 1.85- |
| 4 | 1401/3/11 | 177.00 | 179.94 | 25 | 2.76 | 0.59 | 1.63- |
| 5 | 1401/3/18 | 163.00 | 161.37 | 23 | 3.37 | 0.30 | 1.01 |
| 6 | 1401/3/25 | 170.00 | 158.12 | 23 | 3.83 | 1.96 | 7.51 |
| 7 | 1401/4/1 | | 170.51 | 25 | | | |
| 8 | 1401/4/8 | 180.00 | 175.21 | 26 | 5.25 | 0.52 | 2.74 |
| 9 | 1401/4/15 | 189.00 | 181.06 | 26 | 4.90 | 0.89 | 4.39 |
| 10 | 1401/4/22 | 180.00 | 177.11 | 29 | 4.39 | 0.37 | 1.63 |
| 11 | 1401/4/29 | 173.00 | 173.38 | 25 | 5.36 | 0.04 | 0.22- |
| 12 | 1401/5/5 | 188.00 | 186.07 | 26 | 3.76 | 0.28 | 1.04 |
| 13 | 1401/5/12 | 173.00 | 171.31 | 24 | 3.17 | 0.31 | 0.99 |
| 14 | 1401/5/19 | 185.00 | 178.82 | 15 | 3.75 | 0.92 | 3.46 |
| 15 | 1401/5/26 | 168.00 | 163.25 | 23 | 3.49 | 0.84 | 2.91 |
| 16 | 1401/6/2 | 185.00 | 185.14 | 22 | 3.25 | 0.02 | 0.08- |

عدم شرکت در دوره