

Laboratory Name : رصد

حکیمه بابایی

آزمایشگاه رصد

Save

RBio10 - Biochemistry-General - Creat - mg/dL


صحه گذاری.روش

صحه گذاری.روش

پانل آزمایشگاه

خروج

Peer Group Results



- Included Runs: 14
- Total Bias% : -4.64

حداقل میزان CV

حداقل تعداد همگروه

محاسبه تورش

ردیف	تاریخ	نتیجه آزمایشگاه	نتیجه همگروه	تعداد همگروه	CV%	DI	TAE%
1	1401/2/21	0.80	1.12	16	Out of Range		
2	1401/2/28	1.00	1.15	24	10.38	1.27	13.14-
3	1401/3/4	0.90	1.04	23	9.43	1.43	13.54-
4	1401/3/11	1.00	1.14	26	9.51	1.25	11.89-
5	1401/3/18	0.80	1.07	22	11.11	2.25	24.98-
6	1401/3/25	1.00	1.16	22	9.59	1.43	13.69-
7	1401/4/1		1.45	25			
8	1401/4/8	1.20	1.20	25	11.45	0.03	0.33-
9	1401/4/15	0.90	1.02	25	9.43	1.25	11.76-
10	1401/4/22	1.00	1.01	26	9.42	0.07	0.65-
11	1401/4/29	1.00	1.00	21	9.82	0.05	0.48
12	1401/5/5	0.90	0.90	25	11.70	0.04	0.44-
13	1401/5/12	0.90	0.98	25	8.46	0.98	8.31-
14	1401/5/19	0.90	0.91	14	6.19	0.19	1.17-
15	1401/5/26	1.00	1.03	25	9.40	0.33	3.10-
16	1401/6/2	1.20	1.17	24	12.39	0.23	2.85

عدم شرکت در دوره