

Laboratory Name : رصد

حکیمه بابایی

آزمایشگاه رصد



Save

RBio9 - Biochemistry-General - Fe - µg/dL


صحة گذاری.روش

صحة گذاری.روش

پانل آزمایشگاه

خروج

Peer Group Results



- Included Runs: 7
- Total Bias% : -4.08

حداقل میزان CV

حداقل تعداد همگروه

محاسبه تورش

ردیف	تاریخ	نتیجه آزمایشگاه	نتیجه همگروه	تعداد همگروه	CV%	DI	TAE%
1	1400/11/6	70.00	85.57	14	9.49	1.92	18.20-
2	1400/11/13	75.00	88.08	21	6.50	2.28	14.85-
3	1400/11/20		91.19	21			
4	1400/11/27	82.00	91.75	23	8.97	1.18	10.62-
5	1400/12/4	80.00	80.86	20	9.83	0.11	1.06-
6	1400/12/11	82.00	83.64	18	6.44	0.31	1.97-
7	1400/12/18	83.00	85.72	19	6.67	0.48	3.17-
8	1400/12/25	97.00	97.26	16	5.84	0.05	0.26-

عدم شرکت در دوره