

Laboratory Name: رصد

حکیمه بابایی

آزمایشگاه رصد

Save

RBio10 - Biochemistry-General - Fe - µg/dL


صحه گذاری.روش

صحه گذاری.روش

پانل آزمایشگاه

خروج

Peer Group Results



- Included Runs: 14
- Total Bias% : -5.49

حداقل میزان CV

حداقل تعداد همگروه

محاسبه تورش

ردیف	تاریخ	نتیجه آزمایشگاه	نتیجه همگروه	تعداد همگروه	CV%	DI	TAE%
1	1401/2/21	70.00	80.90	21	12.93	1.04	13.47-
2	1401/2/28	84.00	93.32	25	9.69	1.03	9.99-
3	1401/3/4		81.84	15			
4	1401/3/11	54.00	62.52	20	11.68	1.17	13.63-
5	1401/3/18	78.00	87.45	23	10.64	1.02	10.80-
6	1401/3/25	58.00	69.32	22	14.45	1.13	16.33-
7	1401/4/1		70.25	26			
8	1401/4/8	71.00	79.31	26	9.97	1.05	10.48-
9	1401/4/15	70.00	72.44	24	9.80	0.34	3.37-
10	1401/4/22	60.00	63.64	28	12.42	0.46	5.72-
11	1401/4/29	64.00	76.78	23	11.75	1.42	16.65-
12	1401/5/5	78.00	77.95	27	8.88	0.01	0.06
13	1401/5/12	76.00	76.82	23	10.93	0.10	1.07-
14	1401/5/19	77.00	85.67	14	9.55	1.06	10.12-
15	1401/5/26	99.00	102.88	21	10.61	0.36	3.77-
16	1401/6/2	83.00	85.17	22	7.86	0.32	2.55-

عدم شرکت در دوره

عدم شرکت در دوره