

Laboratory Name : رصد

حکیمه بابایی

آزمایشگاه رصد



Save

RBio9 - Biochemistry-General - HDL-C - mg/dL


صحة گذاری.روش

صحة گذاری.روش

پانل آزمایشگاه

خروج

Peer Group Results



- Included Runs: 7
- Total Bias% : 2.48

حداقل میزان CV

حداقل تعداد همگروه

محاسبه تورش

ردیف	تاریخ	نتیجه آزمایشگاه	نتیجه همگروه	تعداد همگروه	CV%	DI	TAE%
1	1400/11/6	42.00	40.94	14	10.66	0.24	2.60
2	1400/11/13	45.00	42.72	20	13.23	0.40	5.35
3	1400/11/20		41.20	20			
4	1400/11/27	42.00	44.52	22	11.67	0.49	5.67-
5	1400/12/4	41.00	39.00	21	12.98	0.39	5.12
6	1400/12/11	42.00	41.58	19	12.16	0.08	1.00
7	1400/12/18	47.00	44.23	18	12.62	0.50	6.27
8	1400/12/25	45.00	38.84	15	14.54	1.09	15.86

عدم شرکت در دوره