

Laboratory Name : رصد

حکیمه بابایی

آزمایشگاه رصد

صححه گذاری.روش


صححه گذاری.روش

پانل آزمایشگاه

خروج

RHem10 - Hematology - Hb

Hb - g/dL



- Included Runs:  
16
- Total Bias% :  
0.72

حداقل میزان CV

حداقل تعداد همگروه

محاسبه تورش

ردیف	تاریخ	نتیجه آزمایشگاه	نتیجه همگروه	تعداد همگروه	CV%	DI	TAE%
1	1401/2/21	15.10	15.03	24	2.33	0.20	0.47
2	1401/2/28	16.40	16.07	23	1.74	1.16	2.03
3	1401/3/4	16.00	15.84	24	2.76	0.36	1.00
4	1401/3/11	12.60	12.51	26	2.21	0.32	0.71
5	1401/3/18	11.70	11.56	20	1.74	0.72	1.25
6	1401/3/25	15.00	14.99	21	2.92	0.03	0.10
7	1401/4/1	17.90	17.16	28	3.50	1.22	4.29
8	1401/4/8	16.30	16.33	25	2.48	0.08	0.20-
9	1401/4/15	16.00	15.80	28	2.56	0.50	1.27
10	1401/4/22	17.20	17.01	27	2.30	0.48	1.11
11	1401/4/29	16.20	16.38	29	2.98	0.37	1.12-
12	1401/5/5	16.80	16.45	23	2.14	1.00	2.14
13	1401/5/12	15.20	15.40	26	2.38	0.53	1.27-
14	1401/5/19	15.80	15.79	17	2.57	0.03	0.07
15	1401/5/26	15.40	14.92	23	3.15	1.03	3.24
16	1401/6/2	16.70	16.33	26	2.51	0.89	2.24