

## B4 Results

## B4.2 HbA1c نمونه مجهول

|               |            |                                   |
|---------------|------------|-----------------------------------|
| کد نمونه 1461 | EQAP-18136 | آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک رصد |
|---------------|------------|-----------------------------------|

|  |    |           |
|--|----|-----------|
| عملکرد عالی (رنگ آبی)                              | DI | < 0.5     |
| عملکرد مطلوب (رنگ سبز)                             | DI | 0.5 - 1.0 |
| نتیجه قابل قبول اما در حدود مرز (رنگ زرد)          | DI | 1.0 - 2.0 |
| نیاز به بررسی روش و کنترل کالیبراسیون (رنگ نارنجی) | DI | 2.0 - 3.0 |
| وجود نقص و نیاز به پیگیری فوری (رنگ قرمز)          | DI | > 3.0     |
| نتیجه گزارش شده خارج از محدوده است (Out Of Range)  | DI | > 10.0    |

برای مشاهده آنالیز آماری تمامی همگروه ها، در جدول زیر بر روی نام آنالیت مورد نظر کلیک کنید.

| Analyte   | Unit | Lab Result | PeerGroup Count | PeerGroup Mean | PeerGroup %CV | Lab DI |
|---|------|------------|-----------------|----------------|---------------|--------|
| HbA1c (/IACLD/Panel/Analysis/Report/31274/436/147546) | %    | 7.50       | 17              | 7.23           | 8.41          | 0.46   |