

Laboratory Name : رصد

حکیمه بابایی

آزمایشگاه رصد

صححه گذاری.روش

صححه گذاری.روش

پانل آزمایشگاه


خروج

RHem10 - Hematology - HCT HCT - %



Save

Peer Group Results



• Included Runs:

16

• Total Bias% :

-1.79

حداقل میزان CV

حداقل تعداد همگروه

محاسبه تورش

ردیف	تاریخ	نتیجه آزمایشگاه	نتیجه همگروه	تعداد همگروه	CV%	DI	TAE%
1	1401/2/21	44.10	45.13	24	2.53	0.90	2.27-
2	1401/2/28	45.60	46.88	24	2.71	1.01	2.74-
3	1401/3/4	45.20	46.43	24	2.32	1.14	2.65-
4	1401/3/11	37.10	38.93	26	3.25	1.45	4.71-
5	1401/3/18	35.10	36.53	21	2.47	1.59	3.92-
6	1401/3/25	43.40	45.10	21	2.96	1.27	3.76-
7	1401/4/1	50.40	51.63	28	4.19	0.57	2.37-
8	1401/4/8	47.30	48.56	25	2.02	1.29	2.60-
9	1401/4/15	44.70	45.87	26	2.21	1.16	2.56-
10	1401/4/22	49.50	50.90	28	4.19	0.66	2.76-
11	1401/4/29	46.50	47.84	27	2.31	1.21	2.80-
12	1401/5/5	47.00	48.02	25	3.06	0.69	2.12-
13	1401/5/12	43.40	45.08	26	2.48	1.50	3.72-
14	1401/5/19	45.00	46.18	16	2.01	1.27	2.54-
15	1401/5/26	44.40	44.85	24	3.24	0.31	1.00-
16	1401/6/2	47.70	47.94	23	2.03	0.25	0.51-