

Laboratory Name : رصد

حکیمه بابایی

آزمایشگاه رصد



Save

RHem9 - Hematology - HCT

HCT - %


صفحه گذاری.روش

صفحه گذاری.روش

پانل آزمایشگاه

خروج

Peer Group Results



- Included Runs: 7
- Total Bias% : 0.08

حداقل میزان CV

حداقل تعداد همگروه

محاسبه تورش

ردیف	تاریخ	نتیجه آزمایشگاه	نتیجه همگروه	تعداد همگروه	CV%	DI	TAE%
1	1400/11/6	47.60	47.48	13	1.27	0.19	0.24
2	1400/11/13	46.30	46.38	20	1.93	0.08	0.16-
3	1400/11/20	48.20	49.53	22	4.21	0.64	2.68-
4	1400/11/27		48.79	22			
5	1400/12/4	47.90	47.62	20	4.00	0.15	0.60
6	1400/12/11	47.90	48.32	20	2.33	0.37	0.86-
7	1400/12/18	48.20	48.08	18	4.14	0.06	0.24
8	1400/12/25	48.00	46.34	16	3.07	1.16	3.57

عدم شرکت در دوره