

Laboratory Name: رصد

حکیمه بابایی

آزمایشگاه رصد

Save

RBio10 - Biochemistry-General - K - mmol/L


صحه گذاری.روش

صحه گذاری.روش

پانل آزمایشگاه

خروج

Peer Group Results



- Included Runs: 14
- Total Bias% : -1.21

حداقل میزان CV

حداقل تعداد همگروه

محاسبه تورش

ردیف	تاریخ	نتیجه آزمایشگاه	نتیجه همگروه	تعداد همگروه	CV%	DI	TAE%
1	1401/2/21	3.78	4.00	16	2.75	1.99	5.47-
2	1401/2/28	4.40	4.07	17	Out of Range		
3	1401/3/4	3.90	3.98	17	2.89	0.69	1.98-
4	1401/3/11	3.82	4.03	18	3.20	1.60	5.11-
5	1401/3/18	3.90	3.84	15	3.01	0.51	1.54
6	1401/3/25	3.87	3.87	17	2.78	0.02	0.05-
7	1401/4/1		4.47	21			
8	1401/4/8	4.22	4.46	20	4.13	1.30	5.37-
9	1401/4/15	5.86	5.81	19	2.54	0.35	0.88
10	1401/4/22	6.28	6.43	19	3.77	0.64	2.40-
11	1401/4/29	4.60	4.54	15	1.77	0.74	1.31
12	1401/5/5	6.10	6.33	22	4.23	0.85	3.61-
13	1401/5/12	4.12	4.31	19	2.99	1.45	4.34-
14	1401/5/19	4.15	4.18	14	3.13	0.21	0.65-
15	1401/5/26	4.12	4.09	16	2.28	0.32	0.73
16	1401/6/2	4.40	4.47	20	4.65	0.33	1.51-

اقدام اصلاحی: بررسی ISE

عدم شرکت در دوره