

Laboratory Name: رصد

حکیمه بابایی

آزمایشگاه رصد

Save

RBio9 - Biochemistry-General - LDH - U/L


صحة گذاری.روش

صحة گذاری.روش

پانل آزمایشگاه

خروج

Peer Group Results



- Included Runs: 6
- Total Bias% : -4.47

حداقل میزان CV

حداقل تعداد همگروه

محاسبه تورش

ردیف	تاریخ	نتیجه آزمایشگاه	نتیجه همگروه	تعداد همگروه	CV%	DI	TAE%
1	1400/11/6	260.00	269.83	12	6.63	0.55	3.64-
2	1400/11/13		263.63	19			
3	1400/11/20		261.63	16			
4	1400/11/27	220.00	260.88	19	8.56	1.83	15.67-
5	1400/12/4	260.00	275.35	20	13.96	0.40	5.57-
6	1400/12/11	230.00	248.90	20	8.93	0.85	7.59-
7	1400/12/18	250.00	254.25	16	3.80	0.44	1.67-
8	1400/12/25	230.00	269.26	14	9.64	1.51	14.58-

عدم شرکت در دوره

عدم شرکت در دوره

