

Laboratory Name : رصد

حکیمه بابایی

آزمایشگاه رصد

Save

RBio10 - Biochemistry-General - LDH - U/L


صفحه گذاری.روش

صفحه گذاری.روش

پانل آزمایشگاه

خروج

Peer Group Results



- Included Runs: 14
- Total Bias% : -3.22

حداقل میزان CV

حداقل تعداد همگروه

محاسبه تورش

ردیف	تاریخ	نتیجه آزمایشگاه	نتیجه همگروه	تعداد همگروه	CV%	DI	TAE%
1	1401/2/21	173.00	225.31	19	15.53	1.49	23.22-
2	1401/2/28	245.00	281.45	21	8.94	1.45	12.95-
3	1401/3/4	280.00	254.18	17	8.37	1.21	10.16
4	1401/3/11		234.47	19			
5	1401/3/18	225.00	258.37	18	9.28	1.39	12.92-
6	1401/3/25	260.00	236.73	20	8.56	1.15	9.83
7	1401/4/1		288.40	22			
8	1401/4/8	198.00	228.05	22	8.89	1.48	13.18-
9	1401/4/15	230.00	233.06	22	7.36	0.18	1.31-
10	1401/4/22	199.00	232.67	26	11.61	1.25	14.47-
11	1401/4/29	210.00	214.78	18	9.86	0.23	2.22-
12	1401/5/5	210.00	213.67	23	8.27	0.21	1.72-
13	1401/5/12	211.00	216.57	23	6.62	0.39	2.57-
14	1401/5/19	210.00	206.28	12	10.33	0.17	1.81
15	1401/5/26	213.00	229.85	19	10.29	0.71	7.33-
16	1401/6/2	263.00	260.84	19	6.07	0.14	0.83

عدم شرکت در دوره

عدم شرکت در دوره