

Laboratory Name : رصد

حکیمه بابایی

آزمایشگاه رصد

Save

RBio10 - Biochemistry-General - LDL-C - mg/dL


صحه گذاری.روش

صحه گذاری.روش

پانل آزمایشگاه

خروج

Peer Group Results



- Included Runs: 15
- Total Bias% : 4.08

محاسبه تورش

حداقل میزان CV

حداقل تعداد همگروه

ردیف	تاریخ	نتیجه آزمایشگاه	نتیجه همگروه	تعداد همگروه	CV%	DI	TAE%
1	1401/2/21	110.00	104.34	16	8.45	0.64	5.43
2	1401/2/28	154.00	141.42	17	8.28	1.07	8.89
3	1401/3/4	149.00	139.96	17	8.40	0.77	6.46
4	1401/3/11	122.00	109.25	18	7.05	1.66	11.67
5	1401/3/18	95.00	90.62	13	7.39	0.65	4.84
6	1401/3/25	105.00	97.95	16	7.67	0.94	7.20
7	1401/4/1		97.43	19			
8	1401/4/8	113.00	102.86	20	6.96	1.42	9.86
9	1401/4/15	115.00	105.69	17	9.18	0.96	8.81
10	1401/4/22	112.00	100.81	19	8.19	1.36	11.11
11	1401/4/29	105.00	100.58	19	7.74	0.57	4.40
12	1401/5/5	113.00	106.61	19	7.70	0.78	6.00
13	1401/5/12	108.00	101.30	18	6.50	1.02	6.62
14	1401/5/19	96.00	98.24	10	7.66	0.30	2.28
15	1401/5/26	98.00	92.86	17	7.41	0.75	5.54
16	1401/6/2	103.00	104.71	16	8.34	0.20	1.64

عدم شرکت در دوره