

Laboratory Name: رصد

حکیمه بابایی

آزمایشگاه رصد

Save

RHem9 - Hematology - MCV


MCV - FL

صحه گذاری.روش

صحه گذاری.روش

پانل آزمایشگاه

خروج



- Included Runs: 7
- Total Bias% : -7.27

حداقل میزان CV

حداقل تعداد همگروه

محاسبه تورش

ردیف	تاریخ	نتیجه آزمایشگاه	نتیجه همگروه	تعداد همگروه	CV%	DI	TAE%
1	1400/11/6	84.80	86.72	12	1.51	1.46	2.21-
2	1400/11/13	85.10	87.82	18	2.00	1.55	3.09-
3	1400/11/20	81.20	83.21	21	3.33	0.72	2.41-
4	1400/11/27		88.58	21			
5	1400/12/4	28.40	88.96	17	2.77	24.53	68.08-
6	1400/12/11	84.90	88.28	19	3.15	1.22	3.83-
7	1400/12/18	83.10	87.32	18	2.43	1.99	4.84-
8	1400/12/25	83.20	87.46	16	2.46	1.97	4.87-

عدم شرکت در دوره