

Laboratory Name : رصد

حکیمه بابایی

آزمایشگاه رصد

Save

RBio9 - Biochemistry-General - Na - mmol/L


صحة گذاری.روش

صحة گذاری.روش

پانل آزمایشگاه

خروج

Peer Group Results



- Included Runs: 6
- Total Bias% : -0.08

حداقل میزان CV

حداقل تعداد همگروه

محاسبه تورش

ردیف	تاریخ	نتیجه آزمایشگاه	نتیجه همگروه	تعداد همگروه	CV%	DI	TAE%
1	1400/11/6	140.00	141.99	9	2.52	0.56	1.40-
2	1400/11/13	142.50	143.55	19	2.37	0.31	0.73-
3	1400/11/20		140.72	16			
4	1400/11/27		139.54	18			
5	1400/12/4	142.00	139.78	17	1.95	0.82	1.59
6	1400/12/11	138.00	139.52	19	2.20	0.49	1.09-
7	1400/12/18	139.00	138.91	15	1.75	0.04	0.06
8	1400/12/25	139.30	138.29	12	2.07	0.35	0.73

عدم شرکت در دوره

عدم شرکت در دوره