

Laboratory Name : رصد

حکیمه بابایی

آزمایشگاه رصد

Save

RBio10 - Biochemistry-General - P - mg/dL

صحة گذارى.روش

صحة گذارى.روش

پانل آزمایشگاه

خروج

Peer Group Results



- Included Runs: 11
- Total Bias% : 4.69

حداقل میزان CV

حداقل تعداد همگروه

محاسبه تورش

ردیف	تاریخ	نتیجه آزمایشگاه	نتیجه همگروه	تعداد همگروه	CV%	DI	TAE%
1	1401/2/21	3.80	2.83	18	Out of Range		
2	1401/2/28		3.84	24			
3	1401/3/4	4.00	3.23	17	Out of Range		
4	1401/3/11	3.70	3.51	20	6.20	0.88	5.47
5	1401/3/18	4.00	3.60	22	8.77	1.28	11.21
6	1401/3/25	3.80	3.26	23	9.54	1.73	16.49
7	1401/4/1		3.84	26			
8	1401/4/8	4.90	3.35	24	5.71	8.13	46.45
9	1401/4/15	3.90	3.77	24	4.58	0.73	3.32
10	1401/4/22	3.90	4.26	27	7.10	1.18	8.38-
11	1401/4/29	4.20	3.54	22	Out of Range		
12	1401/5/5	3.80	3.67	22	3.81	0.95	3.62
13	1401/5/12	3.60	3.41	22	4.71	1.20	5.64
14	1401/5/19	3.60	3.53	14	5.61	0.34	1.92
15	1401/5/26	3.50	3.54	22	4.19	0.26	1.10-
16	1401/6/2	3.80	3.88	22	4.51	0.43	1.95-

اقدام اصلاحی: بررسی اتوانالیزور

عدم شرکت در دوره

اقدام اصلاحی: تغییر شرکت سازنده کیت

عدم شرکت در دوره

ثبت اشتباه جواب- جدا کردن نتایج بیماران از نتایج آزمون