

Laboratory Name : رصد

حکیمه بابایی

آزمایشگاه رصد

Save

RHem9 - Hematology - PLT

PLT - $\mu\text{l}/10^3$


صحه گذاری.روش

صحه گذاری.روش

پانل آزمایشگاه

خروج

Peer Group Results



- Included Runs: 7
- Total Bias% : -1.02

حداقل میزان CV

حداقل تعداد همگروه

محاسبه تورش

ردیف	تاریخ	نتیجه آزمایشگاه	نتیجه همگروه	تعداد همگروه	CV%	DI	TAE%
1	1400/11/6	253.00	276.76	17	10.35	0.83	8.59-
2	1400/11/13	232.00	222.91	23	7.53	0.54	4.08
3	1400/11/20	201.00	200.50	22	9.62	0.03	0.25
4	1400/11/27		287.41	22			
5	1400/12/4	209.00	212.79	19	8.34	0.21	1.78-
6	1400/12/11	194.00	218.35	20	8.49	1.31	11.15-
7	1400/12/18	288.00	282.22	18	6.40	0.32	2.05
8	1400/12/25	274.00	266.94	16	6.96	0.38	2.65

عدم شرکت در دوره