

برگشت (/IACLD/Panel/Labs/Answers/29630)

دوره چهل و دوم تابستان 1401

NAT.2 Results

نمونه مجهول ارزیابی مولکولی PCR برای تشخیص باسیل مایکوباکتریوم توبرکلوزیس TB

کد نمونه 1027	EQAP-18136	آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک رصد
---------------	------------	-----------------------------------

نتیجه شما	عملکرد عالی (بدون اشتباه)	Excellent
	عملکرد مطلوب	Good
	عملکرد ضعیف (مردود)	Poor

شماره نمونه	نتایج آزمایشگاه			نتایج مورد انتظار		
	نتیجه کیفی	نتیجه نیمه کمی	مقاومت دارویی	نتیجه کیفی	نتیجه نیمه کمی	مقاومت دارویی
			Rif - Iso - Eth			Rif - Iso - Eth
			--			
1027	Positive		--	Positive	Low	S-S-
2027	Positive		--	Positive	Low	R-R-
3027	Positive		--	Positive	Low	S-S-
4027	Negative		--	Negative	---	--
5027	Negative		--	Negative	---	--

مشخصات روش انجام آزمایش						
Extraction	شیوه استخراج	کیت استخراج	شرکت سازنده	Lot.No.	دستگاه استخراج	شرکت سازنده
		کیت تجاری	DNAII Viral Kit	Rojeh Technology	505521042610050	
Amplification	شیوه تکثیر		نام کیت	کشور سازنده	نام دستگاه ترموسایکر	
	کیت تجاری		Novin Gen	Iran	Rotogen	
Detection	شیوه شناسایی محصول					
	با استفاده از مواد فلوروسانس / پروب					

Copyright © 2022 IACLD. All rights reserved.