

Laboratory Name : رصد

حکیمه بابایی

آزمایشگاه رصد

Save

RBio9 - Biochemistry-General - TFG - mg/dL


صحه گذاری.روش

صحه گذاری.روش

پانل آزمایشگاه

خروج

Peer Group Results



- Included Runs: 5
- Total Bias% : 0.60

حداقل میزان CV

حداقل تعداد همگروه

محاسبه تورش

ردیف	تاریخ	نتیجه آزمایشگاه	نتیجه همگروه	تعداد همگروه	CV%	DI	TAE%
1	1400/11/6	135.00	154.76	15	7.37	1.73	12.77-
2	1400/11/13	187.00	160.68	18	Out of Range		
3	1400/11/20		176.25	15			
4	1400/11/27	135.00	117.23	18	Out of Range		
5	1400/12/4	220.00	200.24	21	7.87	1.25	9.87
6	1400/12/11	165.00	153.32	21	7.15	1.07	7.62
7	1400/12/18	170.00	174.36	19	6.30	0.40	2.50-
8	1400/12/25	198.00	191.38	16	7.21	0.48	3.46

غیر قابل ارزیابی توسط برنامه

عدم شرکت در دوره

غیر قابل ارزیابی توسط برنامه