

Laboratory Name : رصد

حکیمه بابایی

آزمایشگاه رصد

Save

RBio10 - Biochemistry-General - TG - mg/dL


صحة گذاری.روش

صحة گذاری.روش

پانل آزمایشگاه

خروج

Peer Group Results



- Included Runs: 15
- Total Bias% : 4.39

حداقل میزان CV

حداقل تعداد همگروه

محاسبه تورش

ردیف	تاریخ	نتیجه آزمایشگاه	نتیجه همگروه	تعداد همگروه	CV%	DI	TAE%
1	1401/2/21	190.00	172.15	22	6.22	1.67	10.37
2	1401/2/28	155.00	139.46	24	7.28	1.53	11.15
3	1401/3/4	178.00	143.52	23	7.72	3.11	24.02
4	1401/3/11	163.00	169.95	26	6.41	0.64	4.09
5	1401/3/18	157.00	138.99	22	5.49	2.36	12.96
6	1401/3/25	85.00	84.82	22	4.87	0.04	0.21
7	1401/4/1		154.02	25			
8	1401/4/8	175.00	156.25	25	6.14	1.95	12.00
9	1401/4/15	148.00	135.78	26	5.92	1.52	9.00
10	1401/4/22	160.00	144.11	27	6.67	1.65	11.02
11	1401/4/29	128.00	121.94	24	7.72	0.64	4.97
12	1401/5/5	178.00	177.35	25	6.68	0.05	0.37
13	1401/5/12	126.00	123.97	22	6.52	0.25	1.64
14	1401/5/19	150.00	144.44	14	4.35	0.89	3.85
15	1401/5/26	172.00	170.67	23	4.66	0.17	0.78
16	1401/6/2	176.00	173.08	24	5.87	0.29	1.69

عدم شرکت در دوره