

Laboratory Name : رصد

حکیمه بابایی

آزمایشگاه رصد



Save

RBio9 - Biochemistry-General - Urea - mg/dL

صحة گذاری.روش

صحة گذاری.روش

پانل آزمایشگاه

خروج



- Included Runs: 7
- Total Bias% : -0.53

حداقل میزان CV

حداقل تعداد همگروه

محاسبه تورش

ردیف	تاریخ	نتیجه آزمایشگاه	نتیجه همگروه	تعداد همگروه	CV%	DI	TAE%
1	1400/11/6	5.90	5.59	15	9.19	0.60	5.48
2	1400/11/13	6.00	5.84	22	6.82	0.39	2.66
3	1400/11/20		5.84	21			
4	1400/11/27	4.40	4.65	23	8.52	0.63	5.40-
5	1400/12/4	5.20	5.28	20	6.90	0.21	1.42-
6	1400/12/11	4.60	4.65	20	6.39	0.18	1.16-
7	1400/12/18	4.60	4.64	17	5.22	0.18	0.94-
8	1400/12/25	5.20	5.52	12	7.13	0.80	5.74-

عدم شرکت در دوره