

Laboratory Name : رصد

حکیمه بابایی

آزمایشگاه رصد

Save

RBio10 - Biochemistry-General - $\psi.A$ - mg/dL


صحه گذاری.روش

صحه گذاری.روش

پانل آزمایشگاه

خروج

Peer Group Results



- Included Runs: 15
- Total Bias% : -1.82

حداقل میزان CV

حداقل تعداد همگروه

محاسبه تورش

| ردیف | تاریخ | نتیجه آزمایشگاه | نتیجه همگروه | تعداد همگروه | CV% | DI | TAE% |
|------|-----------|-----------------|--------------|--------------|-------|------|--------|
| 1 | 1401/2/21 | 6.00 | 7.92 | 20 | 6.49 | 3.74 | 24.26- |
| 2 | 1401/2/28 | 6.30 | 6.06 | 23 | 8.94 | 0.45 | 4.01 |
| 3 | 1401/3/4 | 5.80 | 5.79 | 23 | 6.36 | 0.03 | 0.18 |
| 4 | 1401/3/11 | 6.80 | 6.88 | 26 | 6.99 | 0.17 | 1.16- |
| 5 | 1401/3/18 | 5.20 | 5.22 | 23 | 7.49 | 0.06 | 0.47- |
| 6 | 1401/3/25 | 6.30 | 7.15 | 20 | 5.74 | 2.06 | 11.83- |
| 7 | 1401/4/1 | | 5.21 | 28 | | | |
| 8 | 1401/4/8 | 5.80 | 5.81 | 25 | 7.47 | 0.03 | 0.21- |
| 9 | 1401/4/15 | 5.50 | 5.08 | 24 | 7.39 | 1.13 | 8.37 |
| 10 | 1401/4/22 | 4.80 | 4.92 | 29 | 7.42 | 0.32 | 2.41- |
| 11 | 1401/4/29 | 4.90 | 5.92 | 21 | 4.64 | 3.71 | 17.24- |
| 12 | 1401/5/5 | 4.80 | 4.71 | 24 | 4.00 | 0.48 | 1.93 |
| 13 | 1401/5/12 | 6.20 | 6.36 | 24 | 7.35 | 0.35 | 2.59- |
| 14 | 1401/5/19 | 5.30 | 5.10 | 15 | 8.20 | 0.49 | 4.02 |
| 15 | 1401/5/26 | 6.20 | 6.15 | 22 | 5.43 | 0.15 | 0.79 |
| 16 | 1401/6/2 | 4.90 | 4.93 | 21 | 11.11 | 0.06 | 0.63- |

عدم شرکت در دوره