

B3 Results

نمونه مجهول پروتئین ادرار

کد نمونه 1314	EQAP-18136	آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک رصد
---------------	------------	-----------------------------------

عملکرد عالی (رنگ آبی)	DI	< 0.5
عملکرد مطلوب (رنگ سبز)	DI	0.5 - 1.0
نتیجه قابل قبول اما در حدود مرز (رنگ زرد)	DI	1.0 - 2.0
نیاز به بررسی روش و کنترل کالیبراسیون (رنگ نارنجی)	DI	2.0 - 3.0
وجودنقص و نیاز به پیگیری فوری (رنگ قرمز)	DI	> 3.0
نتیجه گزارش شده خارج از محدوده است (Out Of Range)	DI	> 10.0

برای مشاهده آنالیز آماری تمامی همگروه ها، در جدول زیر بر روی نام آنالیت مورد نظر کلیک کنید.

Analyte	Unit	Lab Result	PeerGroup Count	PeerGroup Mean	PeerGroup %CV	Lab DI
Urine Protein (/IACLD/Panel/Analysis/Report/32165/457/155434)	mg/L	800.00	12	593.90	22.88	3.47
Protein/Cr Ratio (/IACLD/Panel/Analysis/Report/32165/457/155455)	mg/g Cr	1538.00	3	1032.50	28.94	3.50
Protein (24h) (/IACLD/Panel/Analysis/Report/32165/457/155475)	mg/24h	1120.00	9	834.40	24.63	3.42
Creatinine B3 (/IACLD/Panel/Analysis/Report/32165/457/155494)	mg/dL	52.00	466	64.63	13.82	1.95
Creatinine 24 (/IACLD/Panel/Analysis/Report/32165/457/155513)	mg/24h	72.80	402	904.54	13.86	9.20
Uric Acid B3 (/IACLD/Panel/Analysis/Report/32165/457/155584)	mg/dL	6.50	80	30.30	11.30	7.85
Uric Acid 24 (/IACLD/Panel/Analysis/Report/32165/457/155602)	mg/24h	9.10	72	426.76	10.72	9.79
UricAcid/Creatinine Ratio (/IACLD/Panel/Analysis/Report/32165/457/155618)	mg/mg	0.13	45	0.47	15.53	7.32