

B3 Results

نمونه مجهول پروتئین ادرار B3.1

کد نمونه 1454	EQAP-18136	آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک رصد
---------------	------------	-----------------------------------

عملکرد عالی (رنگ آبی)	DI	< 0.5
عملکرد مطلوب (رنگ سبز)	DI	0.5 - 1.0
نتیجه قابل قبول اما در حدود مرز (رنگ زرد)	DI	1.0 - 2.0
نیاز به بررسی روش و کنترل کالیبراسیون (رنگ نارنجی)	DI	2.0 - 3.0
وجود نقص و نیاز به پیگیری فوری (رنگ قرمز)	DI	> 3.0
نتیجه گزارش شده خارج از محدوده است (Out Of Range)	DI	> 10.0

برای مشاهده آنالیز آماری تمامی همگروه ها، در جدول زیر بر روی نام آنالیت مورد نظر کلیک کنید.

Analyte	Unit	Lab Result	PeerGroup Count	PeerGroup Mean	PeerGroup %CV	Lab DI
Urine Protein (/IACLD/Panel/Analysis/Report/31274/434/148150)	mg/L	800.00	341	785.25	16.68	0.19
Protein/Cr Ratio (/IACLD/Panel/Analysis/Report/31274/434/148170)	mg/g Cr	1538.00	150	1560.35	17.73	0.10
Protein (24h) (/IACLD/Panel/Analysis/Report/31274/434/148190)	mg/24h	1120.00	278	1097.03	14.72	0.21
Creatinine B3 (/IACLD/Panel/Analysis/Report/31274/434/148208)	mg/dL	52.00	466	50.88	13.67	0.22
Creatinine 24 (/IACLD/Panel/Analysis/Report/31274/434/148226)	mg/24h	728.00	427	715.77	14.48	0.17
Calcium (/IACLD/Panel/Analysis/Report/31274/434/148245)	mg/dL	8.20	49	8.42	8.47	0.26
Calcium 24 (/IACLD/Panel/Analysis/Report/31274/434/148265)	mg/24h	114.80	48	117.78	12.42	0.25
Calcium/Creatinine Ratio (/IACLD/Panel/Analysis/Report/31274/434/148285)	mg/mg	0.16	26	0.17	15.79	0.30
Uric Acid B3 (/IACLD/Panel/Analysis/Report/31274/434/148303)	mg/dL	20.00	10	18.76	16.51	0.66
Uric Acid 24 (/IACLD/Panel/Analysis/Report/31274/434/148321)	mg/24h	280.00	9	255.84	23.26	0.94
UricAcid/Creatinine Ratio (/IACLD/Panel/Analysis/Report/31274/434/148337)	mg/mg	0.39	5	0.32	20.33	1.67